

JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
ul. fra Ivana Jukića br. 2., Zenica
Broj: 02-3465/21
Zenica, 29.11.2021.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), direktor JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, donosi

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga – Nabavka usluga servisiranja i rezervnih dijelova za laboratorijsku i medicinsku opremu **i to LOT 3.- GRUPA OPREME 3** u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d), odnosno iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.inz.ba), u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-3217/21 od 11.11.2021.godine. Postupak nabavke je proveden otvorenim postupkom za koji je objavljeno obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 7126-7-2-272-3-62/21 dana 11.11.2021. godine. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-3218/21 od 11.11.2021. godine.

Postupak je uredno proveden i objavljen na portalu javnih nabavki. Do roka predviđenog za dostavu ponuda, Komisija je konstatovala da su pristigle sljedeće ponude:

Broj protokola ugovornog organa	Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuđača	Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana DA/NE)	Ukupna cijena ponude bez PDV-a i popusta	Ponuđeni popust	Ponuđeni rok plaćanja
01-5536/21	1	ANALITIKA d.o.o. Sarajevo	DA	120,00	/	60 dana
01-5537/21	2	APICAL d.o.o. Sarajevo	DA	115,00	/	30 dana
01-5538/21	3	MPS-LAB d.o.o. Sarajevo	DA	115,00	/	30 dana

Za LOT 3 Ugovorni organ je u uslovima vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača, pored ostalih uslova, tražio da ponuđači moraju dokazati da imaju najmanje jednog obučenog i od proizvođača ovlaštenog servisera opreme, a kao dokaz uslova tražila se Izjava o angažovanom tehničkom osoblju i tehničkim organima, za poslove pružanja konkretnih usluga servisiranja, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod ponuđača. Ukoliko angažovana osoba nije zaposlena kod ponuđača, obavezno dostaviti ugovor o saradnji tj. o angažovanju sklopljen između ponuđača i servisera. Uz navode iz prethodne tačke ponuđači su bili dužni dostaviti i certifikate izdate od strane proizvođača opreme iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi da su navedeni serviseri uistinu ovlašteni od strane proizvođača opreme.

U LOT-u 3 specifikacijom je tražen servis opreme od 15 proizvođača (SELECTA, TESTO, WASSERLAB, FIOCCHETTI, ARTICO, STEELCO, INTERSCIENCE, DOSTMANN, AMARELL, VWR, LABTRON, NIKON, TELESTAR, AQUARIA, KLIMAOPREMA). Ponuđač ANALITIKA d.o.o. Sarajevo dostavio je certifikate od dva proizvođača, te je ponuda ovog ponuđača je ocijenjena kao neprihvatljiva jer ponuđač nije dostavio dokaz da ispunjava postavljeni uslov. Ponuđač APICAL d.o.o. Sarajevo dostavio je certifikate od pet proizvođača, te je ponuda ovog ponuđača ocijenjena kao neprihvatljiva jer ponuđač nije dostavio dokaz da ispunjava postavljeni uslov. Ponuđač MPS-LAB d.o.o. je dostavio jedan traženi certifikat, a ostali dostavljeni certifikati su od proizvođača koji nisu traženi, te je ponuda ovog ponuđača ocijenjena kao neprihvatljiva jer ponuđač nije dostavio dokaz da ispunjava postavljeni uslov.

Cijeneći odredbu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Ugovorni organ je obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. Kako je Komisija utvrdila da su sve pristigle ponude za ovaj LOT neprihvatljive ponude, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba u roku od 5 dana od prijema Odluke.

Dostaviti:

- 1x ANALITIKA d.o.o. Sarajevo
- 1x MPS-LAB d.o.o. Sarajevo
- 1x APICAL d.o.o. Sarajevo
- 1x www.inz.ba



DIREKTOR

prim.dr. Senad Huseinagić