

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

Broj: 02-3070/26

Zenica, 17.08.2026.godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba – Nabavka laboratorijske opreme - Nabavka laboratorijske opreme: LOT 4 – Laboratorijska oprema za sterilizaciju i inkubaciju, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica donosi

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba – Nabavka laboratorijske opreme: LOT 4 – Laboratorijska oprema za sterilizaciju i inkubaciju dodjeljuje ponuđaču EURO LAB d.o.o. Bijeljina, koji je dostavio ponudu broj: P26-295373 od 24.07.2026. godine (broj ugovornog organa: 02-4357/26 od 29.07.2026. godine), u kojoj je ponuđena ukupna cijena od 53.565,00 KM bez PDV-a, odnosno 62.671,05 KM sa PDV-om.

Član 2.

Izabrani ponuđač IMA obavezu dostavljanja dokumentacije propisane tenderskom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Član 3.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.inz.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2540/26 od 08.07.2026. godine. Postupak nabavke proveden je otvorenim postupkom za koji je objavljeno obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 7126-1-1-153-3-110/26 objavljeno 09.07.2026. godine. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-2541/26 od 08.07.2026. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 4 utvrđeno je sljedeće:

- da su za LOT 4 ukupno pristigle tri ponude;
- da su blagovremeno zaprimljene tri ponude;
- da nije bilo neblagovremenih ponuda;
- da su dvije ponude ocijenjene kao nepravilne
- da je jedna ponuda ocijenjena kao prihvatljiva

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijanjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Pregledom i ocjenom ponuda Komisija je utvrdila da ponude ponuđača APICAL d.o.o. Sarajevo i DERBY TRADE d.o.o. Brčko nisu prihvatljive, odnosno da su ocijenjene kao nepravilne.

Ponuda ponuđača APICAL d.o.o. Sarajevo ocijenjena je kao nepravilna jer ponuđač nije koristio ANEKS 6 – Izjavu o garantnom roku koji je objavljen Izmjenom tenderske dokumentacije od 15.07.2026. godine i za koji je izričito propisano da su ga ponuđači dužni koristiti u svojim ponudama, već je dostavio ANEKS 6 iz prvobitne tenderske dokumentacije.

Ponuda ponuđača DERBY TRADE d.o.o. Brčko ocijenjena je kao nepravilna jer ponuđena oprema ne ispunjava sve zahtjeve tehničke specifikacije tenderske dokumentacije. Za stavku 1 – Autoklav, tehničkom specifikacijom zahtijevan je laboratorijski autoklav zapremine 85 litara, dok dostavljeni tehnički list proizvođača BIOBASE obuhvata modele zapremine 50, 75, 100 i 120 litara i ne potvrđuje zahtijevanu zapreminu od 85 litara. Zahtijevana je snaga 5400 W, dok je u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji navedena snaga 4 kW, a iz dokumentacije nije moguće utvrditi ni ispunjenost dijela drugih zahtijevanih tehničkih karakteristika. Za stavku 2 – Termostat-inkubator, za ponuđeni model BIOBASE BJPX-H105SN zahtijevan je temperaturni opseg od +5 °C do +80 °C, dok proizvođač navodi opseg RT+5 °C do 70 °C. Zahtijevan je i digitalni tajmer sa mogućnošću podešavanja od 1 minute do 99 dana, dok dostavljena dokumentacija navodi vremenski raspon 0–9999 minuta. Utvrđena su i druga odstupanja, odnosno nedokazane tehničke karakteristike, detaljno obrazložene u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Ponuda ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina u iznosu od 53.565,00 KM bez PDV-a ocijenjena je kao prihvatljiva i u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije. Tenderskom dokumentacijom predviđeno je provođenje e-aukcije. Međutim, kako je nakon pregleda i ocjene ponuda za LOT 4 utvrđeno da je samo jedna ponuda prihvatljiva, e-aukcija se, u skladu sa članom 4. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj 80/23), nije zakazivala.

Komisija je nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda sačinila rang-listu prihvatljivih ponuda kako slijedi:

LOT 4 – LABORATORIJSKA OPREMA ZA STERILIZACIJU I INKUBACIJU

Rang	PONUĐAČ	UKUPNA CIJENAPONUDE BEZ PDV-a
1.	EURO LAB d.o.o. Bijeljina	53.565,00 KM

Komisija je, nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, predložila da se donese odluka o izboru ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina i da se istom ponuđaču dodijeli ugovor za LOT 4 – Laboratorijska oprema za sterilizaciju i inkubaciju, budući da je njegova ponuda jedina prihvatljiva ponuda i ujedno najpovoljnija prema kriteriju za dodjelu ugovora „najniža cijena“.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuda ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina jedina prihvatljiva ponuda za LOT 4 – Laboratorijska oprema za sterilizaciju i inkubaciju, te je, primjenom kriterija za izbor najpovoljnije ponude „najniža cijena“, odlučeno kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:

1x EURO LAB d.o.o. Bijeljina
1x APICAL d.o.o. Sarajevo
1x DERBY TRADE d.o.o. Sarajevo
1x www.inz.ba
1x arhiva



