

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

ul. fra Ivana Jukića br. 2., Zenica

Broj: 02-3009/26

Zenica, 17.08.2026.godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, donosi

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba – Nabavka laboratorijske opreme - **LOT 2 – Laboratorijske pipete** u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odnosno iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.inz.ba), u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2540/26 od 08.07.2026. godine. Postupak nabavke proveden je otvorenim postupkom za koji je objavljeno obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 7126-1-1-153-3-110/26 objavljeno 09.07.2026. godine. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-2541/26 od 08.07.2026. godine.

Do predviđenog vremena za dostavu ponuda za LOT 2 – Laboratorijske pipete zaprimljene su ponude ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, ELTA 90 MB d.o.o. Sarajevo, DERBY TRADE d.o.o. Brčko i HELIA d.o.o. Sarajevo.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda Komisija je utvrdila da ponude ponuđača MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo i ELTA 90 MB d.o.o. Sarajevo nisu sačinjene u skladu sa zahtjevima važeće tenderske dokumentacije. Ugovorni organ je Izmjenom tenderske dokumentacije od 15.07.2026. godine izmijenio ANEKS 6 – Izjavu o garantnom roku i objavio novi obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, pri čemu je izričito propisano da su ponuđači dužni u svojim ponudama koristiti novi ANEKS 6. Navedeni ponuđači su, umjesto novog ANEKSA 6 objavljenog uz Izmjenu tenderske dokumentacije, dostavili ANEKS 6 iz prvobitne tenderske dokumentacije. S obzirom na to da ponuđači nisu koristili obrazac koji je Izmjenom tenderske dokumentacije izričito propisan kao obavezan za dostavljanje uz ponudu, njihove ponude nisu sačinjene u skladu sa zahtjevima važeće tenderske dokumentacije, zbog čega su ocijenjene kao nepravilne.

Ponuda ponuđača DERBY TRADE d.o.o. Brčko ocijenjena je kao nepravilna jer ponuđač nije dokazao da ponudena oprema u cijelosti ispunjava zahtjeve tehničke specifikacije tenderske dokumentacije. Pregledom dostavljene tehničke dokumentacije proizvođača utvrđeno je da ista ne potvrđuje zahtijevanu mogućnost prilagođavanja pipeta za rad sa različitim, odnosno zahtjevnim tačnostima i vraćanja na tvorničke postavke bez ponovne kalibracije. Navedena funkcionalnost zahtijevana je tehničkom specifikacijom, a ponuđač nije dostavio izjavu proizvođača niti drugi odgovarajući dokaz kojim bi potvrdio njeno ispunjavanje, kako je zahtijevano tačkom 4.2 b) tenderske dokumentacije. Slijedom navedenog, ponuđač nije dokazao ispunjenost svih zahtjeva tehničke specifikacije za LOT 2.

Ponuda ponuđača HELIA d.o.o. Sarajevo ocijenjena je kao nepravilna jer ponuđena oprema ne ispunjava sve zahtjeve tehničke specifikacije tenderske dokumentacije. Za stavku 1 – Jednokanaalna pipeta 1–10 mL, ponuđeni model Mettler Toledo/Rainin Pipet-Lite SL-10MLXLS ima korak podešavanja volumena 20 μ L, dok je tehničkom specifikacijom zahtijevan korak 10 μ L. Pri volumenu 5000 μ L ponuđeni model ima sistematsku grešku $\pm 1,0$ % (± 50 μ L), dok je zahtijevana maksimalna sistematska greška $\pm 0,8$ % (± 40 μ L), a pri volumenu 10000 μ L slučajna greška ponuđenog modela iznosi $\pm 0,16$ % (± 16 μ L), dok je zahtijevana maksimalna slučajna greška $\pm 0,15$ % (± 15 μ L). Za stavku 2 – Jednokanaalna pipeta 10–100 μ L, ponuđeni model Pipet-Lite SL-100XLS+ ima korak podešavanja volumena 0,2 μ L, dok je tehničkom specifikacijom zahtijevano povećanje volumena maksimalno 0,1 μ L. Za stavku 3 – Jednokanaalna pipeta 100–1000 μ L, ponuđeni model Pipet-Lite SL-1000XLS+ ima korak podešavanja volumena 2 μ L, dok je tehničkom specifikacijom zahtijevan korak podešavanja 1 μ L. Za stavku 5 – Jednokanaalna fiksna pipeta 1000 μ L, iz dostavljene tehničke dokumentacije proizvođača za ponuđeni model Rainin Classic PR-1000 nije moguće utvrditi ispunjenost svih zahtijevanih tehničkih karakteristika. Dostavljena dokumentacija ne sadrži podatke na osnovu kojih se može izvršiti provjera zahtijevanih maksimalnih vrijednosti sistematske i slučajne greške, mogućnosti autoklaviranja pipete u cijelosti, kompatibilnosti vrhova – otvoreni sistem, niti mogućnosti privremenog podešavanja volumena za zahtjevne tečnosti i vraćanja na tvorničke postavke bez kalibracije. Za navedene karakteristike ponuđač nije dostavio izjavu proizvođača niti drugi odgovarajući dokaz u skladu sa tačkom 4.2 b) tenderske dokumentacije. Imajući u vidu navedena odstupanja, kao i činjenicu da za dio zahtijevanih tehničkih karakteristika nije dostavljen dokaz o njihovoj ispunjenosti na način propisan tenderskom dokumentacijom, ponuda ponuđača HELIA d.o.o. Sarajevo nije u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije i ocijenjena je kao nepravilna.

Komisija je, nakon izvršenog pregleda i ocjene svih zaprimljenih ponuda za LOT 2 – Laboratorijske pipete, utvrdila da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Cijeneći odredbu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, prema kojoj je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju kada nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, te imajući u vidu rezultate pregleda i ocjene ponuda za LOT 2, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:

1x HELIA d.o.o. Sarajevo
1x MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo
1x ELTA 90 MB d.o.o. Sarajevo
1x DERBY TRADE d.o.o. Brčko
1x www.inz.ba
1x arhiva

