

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

ul. fra Ivana Jukića br. 2., Zenica

Broj: 02-3069-1/26

Zenica, 17.08.2026.godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, donosi

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba – Nabavka laboratorijske opreme **LOT 3 - Farmaceutski rashladni uređaji** u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odnosno iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.inz.ba), u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2540/26 od 08.07.2026. godine. Postupak nabavke proveden je otvorenim postupkom za koji je objavljeno obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 7126-1-1-153-3-110/26 objavljeno 09.07.2026. godine. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-2541/26 od 08.07.2026. godine.

Do predviđenog vremena za dostavu ponuda za LOT 3 – Farmaceutski rashladni uređaji zaprimljene su ponude ponuđača APICAL d.o.o. Sarajevo, DERBY TRADE d.o.o. Brčko i EURO LAB d.o.o. Bijeljina.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača APICAL d.o.o. Sarajevo nije sačinjena u skladu sa zahtjevima važeće tenderske dokumentacije. Ugovorni organ je Izmjenom tenderske dokumentacije od 15.07.2026. godine izmijenio ANEKS 6 – Izjavu o garantnom roku i objavio novi obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, pri čemu je izričito propisano da su ponuđači dužni u svojim ponudama koristiti novi ANEKS 6. Ponuđač APICAL d.o.o. Sarajevo je, umjesto novog ANEKS 6 objavljenog uz Izmjenu tenderske dokumentacije, dostavio ANEKS 6 iz prvobitne tenderske dokumentacije. S obzirom na to da ponuđač nije koristio obrazac koji je Izmjenom tenderske dokumentacije izričito propisan kao obavezan za dostavljanje uz ponudu, njegova ponuda nije sačinjena u skladu sa zahtjevima važeće tenderske dokumentacije, zbog čega je ocijenjena kao nepravilna.

Ponuda ponuđača DERBY TRADE d.o.o. Brčko ocijenjena je kao nepravilna, jer ponuđena oprema ne ispunjava sve zahtjeve tehničke specifikacije tenderske dokumentacije, odnosno za dio zahtijevanih tehničkih karakteristika ponuđač nije dostavio dokaz o njihovoj ispunjenosti na način propisan tenderskom dokumentacijom. Za stavku 1 ponuđen je farmaceutski frižider BIOBASE model BPR-5V468, zapremine 468 l, a za stavku 2 model BPR-5V628, zapremine 628 l, čime je ispunjen zahtjev u pogledu minimalne zapremine uređaja. Međutim, za obje stavke tehničkom specifikacijom zahtijevan je temperaturni opseg +2 °C do +15 °C, dok je u dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji proizvođača za ponuđene modele naveden temperaturni opseg 2–8 °C. Također, zahtijevano je da unutrašnjost uređaja bude izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, dok je u tehničkoj dokumentaciji za unutrašnji materijal navedeno „spraying steel plate“. Tehničkom specifikacijom zahtijevan je digitalni mikroprocesorski displej minimalne veličine 7 inča, dok dostavljena dokumentacija navodi LED displej, ali ne potvrđuje

zahtijevanu veličinu. Iz dostavljene dokumentacije također nije moguće utvrditi ispunjenost zahtjeva koji se odnose na mogućnost zaključavanja tastature šifrom, grafički prikaz temperature u realnom vremenu, Pt1000 temperaturnu sondu i integrisanu bateriju za kontrolni displej i alarm sa autonomijom od najmanje 48 sati, niti je za navedene karakteristike dostavljena izjava proizvođača ili drugi odgovarajući dokaz, kako je zahtijevano tačkom 4.2 b) tenderske dokumentacije. S obzirom na utvrđena odstupanja i nedokazane tehničke karakteristike, ponuđena oprema za LOT 3 ne ispunjava zahtjeve tenderske dokumentacije, zbog čega je ponuda ponuđača DERBY TRADE d.o.o. Brčko ocijenjena kao nepravilna.

Ponuda ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina ocijenjena je kao neprihvatljiva, jer cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku predmetnog LOT-a. Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 3 – Farmaceutski rashladni uređaji iznosi 20.200,00 KM bez PDV-a, dok cijena ponude ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina iznosi 20.225,00 KM bez PDV-a. Kako cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za predmetni LOT, ponuda je ocijenjena kao neprihvatljiva. Komisija je, nakon izvršenog pregleda i ocjene svih zaprimljenih ponuda za LOT 3 – Farmaceutski rashladni uređaji, utvrdila da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Cijeneći odredbu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, prema kojoj je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju kada nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, te imajući u vidu rezultate pregleda i ocjene ponuda za LOT 3, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:

1x APICAL d.o.o. Sarajevo
1x EURO LAB d.o.o. Bijeljina
1x DERBY TRADE d.o.o. Brčko
1x www.inz.ba
1x arhiva

