

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

ul. fra Ivana Jukića br. 2., Zenica

Broj: 02-303/26

Zenica, 17.08.2026.godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, donosi

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba – Nabavka laboratorijske opreme **LOT 7 – Laboratorijski digestor** u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, odnosno iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.inz.ba), u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2540/26 od 08.07.2026. godine. Postupak nabavke proveden je otvorenim postupkom za koji je objavljeno obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 7126-1-1-153-3-110/26 objavljeno 09.07.2026. godine. Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-2541/26 od 08.07.2026. godine.

Do predviđenog vremena za dostavu ponuda za LOT 7 – Laboratorijski digestor zaprimljena je ponuda ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponude Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina nepravilna, jer ponuđač nije dokazao da ponuđena oprema u cijelosti ispunjava zahtjeve tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije. Tačkom 4.2 b) tenderske dokumentacije propisano je da je ponuđač dužan dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača (katalog, brošuru, prospekt, tehnički list ili drugi zvanični dokument proizvođača) iz koje su jasno vidljive tehničke karakteristike ponuđene opreme, uz obavezu označavanja mjesta na osnovu kojih se može utvrditi ispunjenost svih zahtjeva iz tehničke specifikacije. Za tehničke karakteristike koje nisu vidljive iz dostavljene tehničke dokumentacije proizvođača, ponuđač je dužan dostaviti izjavu proizvođača ili drugi odgovarajući dokaz kojim potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih zahtjeva. Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuđač dostavio tehničku dokumentaciju za kombinovani sigurnosni ormar i njegove pripadajuće dijelove, dok za ponuđeni laboratorijski digestor nije dostavljena tehnička dokumentacija proizvođača niti drugi odgovarajući dokaz iz kojeg bi se moglo utvrditi ispunjavanje tehničkih zahtjeva propisanih za digestor.

Iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi ispunjenost zahtjeva koji se odnose, između ostalog, na radnu ploču od keramičkih kiselootpornih pločica, kiselootporna kadica, laboratorijsku slavinu, konstrukciju i unutrašnju oblogu digestora, klizna vrata sa sigurnosnim staklom, polipropilensku haubu sa priključkom Ø250 mm, potrebnu elektroopremu i LED rasvjetu.

S obzirom na to da ponuđač nije dostavio dokaz zahtijevan tačkom 4.2 b) tenderske dokumentacije kojim bi dokazao usklađenost ponudnog laboratorijskog digestora sa propisanom tehničkom specifikacijom, ponuda ponuđača EURO LAB d.o.o. Bijeljina za LOT 7 nije u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije, zbog čega je ocijenjena kao nepravilna.

Komisija je, nakon izvršenog pregleda i ocjene zaprimljene ponude za LOT 7 – Laboratorijski digestor, utvrdila da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Cijeneći odredbu člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, prema kojoj je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju kada nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, te imajući u vidu rezultate pregleda i ocjene ponude za LOT 7, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:
1x EURO LAB d.o.o. Bijeljina
1x www.inz.ba
1x arhiva

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
DIREKTOR

Dr. sc. Muamer Mandra, DVM